



MANUAL BOOK

**SISTEM
TRIAL BMHP**


**RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**




1. Lakukan disposisi surat oleh direktur menindak lanjuti surat masuk dari vendor melalui aplikasi e-Office.



2. Disposisi diterima oleh tim BMHP melalui e-office



3. Lakukan Screening surat oleh tim BMHP kemudian pemberitahuan kepada vendor bahwa uji *trial* diterima atau ditolak



4. Venedor yang diterima *trial* mengirimkan BMHP minimal 10 pcs per item kepada tim



5. Tim menyerahkan kepada user untuk dilakukan uji trial



6. User melakukan penilaian, hasil penilaian diupload ke google form

Formulir Trial/BMHP	
1 Nama Barang :	Arang Instansi
2 Merek :	BD. Ultra-fine Pro.
3 Tanggal :	24/4/2024
4 Spesifikasi Produk :	Coret yang tidak perlu Produk lama / baru - TKDN : ya / tidak - E- katalog : ya / tidak - Resak / tidak - Disposable / tidak - Fungsi : Kurang tajam jarumnya
5 Hasil Evaluasi :	- Kenyamanan : Kurang - Keamanan : Aman - Kemudahan : Mudah - Harga : - Evaluasi Lainnya : Saat digunakan pasien merasa lebih sakit dibandingkan dgn jarumnya

Purwokerto, 24/4 / 2024

Mengetahui

Pelaksana Trial 1 : *[Signature]*


Pelaksana Trial 2 : *[Signature]*

Pelaksana Trial 3 : *[Signature]*

Pelaksana Trial 4 : *[Signature]*

Ka. Instalasi : *[Signature]*

Pelaksana Trial 5 : *[Signature]*



7. Lakukan pengkajian hasil uji trial

Formulir Trial BMHP			
1	Nama Barang	:	Jalan main
2	Merek	:	Bo Wita Pda Pda
3	Tanggal	:	25/4/14
4	Spesifikasi Produk	:	Coret yang tidak perlu - Produk lama / baru - TKDN :ya / tidak - E- katalog :ya / tidak - Rusak / tidak - Disposable /tidak - Fungsi : untuk tidur needle aman tak - talalar kecil.
5	Hasil Evaluasi	:	- Kenyamanan : utk tidur nyaman banget. - Keamanan : aman - Kemudahan : mudah - Harga : - Evaluasi Lainnya : utk tidur needle aman karena - tak - talalar kecil.

Pelaksana Trial 1

(.....)

Pelaksana Trial 3

(.....)

Mengetahui

(.....)

Pelaksana Trial 2

(.....)

Pelaksana Trial 4

(.....)

8. Umumkan hasil uji trial bahwa BMHP tersebut layak dipakai atau tidak di RSMS

Surat Elektronik : rsmargono@jatengprov.go.id

Purwokerto, 5 April 2024

Nomor : 445 / 03258a
Sifat : Penting
Perihal : Jawaban Permohonan Trial
Produk Infuset (Metraset)

Kepada Yth. :
Direktur PT Global Dispomedika
Jl. Penjernihan Raya I No. 3
di
JAKARTA

Menjawab surat Saudara tanggal 6 Maret 2024 Perihal : Permohonan Trial Produk Infuset (Metraset), Tim BMHP RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo telah melakukan trial :

- Nama barang : Infuset
- Merk : Metraset
- Hasil trial : Layak dipakai

hasil trial tidak secara langsung mengikat untuk dilakukan pembelian oleh RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

DIREKTUR
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH